



Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
M3618-145010	URI-meter	Normameter	GOERS-226214 GOERS-UNIGOR 4S NORWI-685T NORWI-NORMAMETER T
M3618-145109	. Beskrivning		

DATA

Likspänning:

Mätområde: 100 mV, 0,5 V, 2,5 V, 10 V, 25 V, 100 V, 250 V, 1000 V, 5000 V fullt skalutslag

Mätosäkerhet:  $\pm 1,5\%$  av fullt skalutslag

Inresistans: 100000 ohm/V

Växelspänning:

Mätområde: 10 V, 50 V, 250 V, 1000 V fullt skalutslag

Mätosäkerhet:  $\pm 2,5\%$  av fullt skalutslag

Inresistans: 20000 ohm/V

Frekvensområde: 25...20000 Hz

Likström:

Mätområde: 10  $\mu$ A, 50  $\mu$ A, 250  $\mu$ A, 1 mA, 5 mA, 25 mA, 100 mA, 1 A fullt skalutslag

Mätosäkerhet:  $\pm 2,5\%$  av fullt skalutslag

Resistans:

Mätområde: 200 ohm, 50 kohm, 5 Mohm, 50 Mohm, 500 Mohm fullt skalutslag

Kapacitans:

Mätområde: 2000 pF...5  $\mu$ F

Skallängd: 88 mm

Strömförsörjning: Batteri, 1,5 V

Dimensioner: 211 x 109 x 86 mm

Vikt: 1,4 kg