



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
1	1	M3612-815011	Batteriprovare MT		
2	1	M3612-815010	. Batteriprovare		CVA-SK130-1
	1	M3612-815109	.. Beskrivning		
Tillbehör:					
3	1	M3612-815119	. Mätkablar x)		

x) Ett par

DATA

Mätområde:

Vid 100% märket på toppskalan

Område	Spänning	Ström
1,5 HI	1,5 V	260 mA
1,5 LO	1,5 V	50 mA
4,5 HI	4,5 V	100 mA
4,5 LO	4,5 V	50 mA
6	6 V	50 mA
7,5	7,5 V	50 mA
9 HI	9 V	100 mA
9 LO	9 V	10 mA
13,5	13,5 V	10 mA
15	15 V	10 mA
22,5	22,5 V	10 mA
45	45 V	10 mA
67,5	67,5 V	10 mA
75	75 V	10 mA
90	90 V	10 mA
OFF	-	-

Den undre skalan är uppdelad i tre fält, Good (bra),  
Useable (användbar) och Replace (byt ut).

Visarinstrumentets känslighet:

1 mA

Dimensioner:

148 x 98 x 65 mm

Vikt:

0,5 kg