


1981-05-15



Pos	Ant	Förrädsbeteckning	Förrädsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
	1	M3620-196011	Isolationsprovare MT		
	1	M3620-196010	. Isolationsprovare		METWA-METR150 1000 V
	1	M3620-196109	.. Beskrivning		
		Tillbehör:			
	1	M3620-196119	. Mätkablar		METWA-K512
	1	M3620-196129	. Instrumentfodral		METWA-F713

DATA

Funktioner:

Isolationsprovare, mäter lik- och växelspanning.

Isolationsprovare:

100 V, 0 - 40 Mohm (3 steg) Tomgångsspänning ca 130 V.
 250 V, 0 - 100 Mohm (3 steg) Tomgångsspänning ca 325 V.
 500 V, 0 - 200 Mohm (3 steg) Tomgångsspänning ca 625 V.
 1000 V, 0 - 400 Mohm (3 steg) Tomgångsspänning ca 1300 V.
 Klass: 1,5.

Voltmeter:

0 - 100 V, 0 - 250 V, 0 - 500 V, 0 - 1000 V klass: 1,5.

Strömförsörjning:

6 st 1,5 V batterier (R20).

Dimensioner:

245 x 140 x 105 mm.

Vikt:

Ca 2,4 kg (inkl batterier).