



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
		M3637-101010	Kristallprovare	Microwave crystal test set	AIL-390A-3
		M3637-101109	.Beskrivning	Operating Instructions	

DATA

Allmänt:	Kristallprovaren är avsedd för: <ol style="list-style-type: none">1. Mätning av relativa brusfaktorns hos blandarkristaller för mikrovåg.2. Approximativ impedansbestämning vid utväljning av matchade kristaller för balanserade blandare.3. Mätning av relativa känsligheten hos detektorkristaller för mikrovåg. <p>Kristallhållaren avsedd för typer såväl keramtiskt som koaxialutförande med normal eller omvänd polaritet.</p>
Relativ brusfaktor:	1,0 dB max fel 0,3 dB medelvärdefel
Relativ känslighet:	2,0 dB max fel 0,6 dB medelvärdefel
Par-matching:	Tillräckning säkerhet 20 dB undertryckning av lokaloscillatorbrus.
Blandningsförlust:	0,9 dB max fel 0,3 dB medelvärdefel
Brustemperatur:	0,7 max fel 0,3 medelvärdefel
Strömförsörjning:	1,5 V-batteri (BA 22)
Dimensioner:	160 x 80 x 160 mm
Vikt:	1 kg