



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1	1	M3656-991839	Strömmättkropp MT		TETRO-015-0068-00
2	1	M3656-991849	.Strömmättkropp	TETRO-P6019	TETRO-010-0196-00
	1	M3656-991859	..Beskrivning		TETRO-070-0524-00
3	1	M3656-992809	.Förstärkare	TETRO-134	TETRO-015-0057-01
	1	M3656-992949	..Beskrivning		TETRO-070-0990-00
4	1	M3656-992819	.Nätenhet		TETRO-015-0059-01
5	1	M3656-991879	.Kabel		TETRO-012-0104-00
6	2	M3656-991889	.Fästplåtar		TETRO-014-0029-00
7	1	M3656-991899	.Förvaringslåda		TETRO-016-0087-00
8	1	M3656-990629	.Jordningskabel		TETRO-175-0124-00
9	1	M3656-991869	.Jordningskabel		TETRO-175-0263-00
10	2	M3656-990649	.Krokodilklämma		TETRO-344-0046-00

DATA

Allmänt:

Strömmättkroppen är avsedd att användas tillsammans med Tektronix-oscilloskop.

Avlänkningsfaktor:

1 mA...1 A/ruta. Med använt oscilloskop inställt på 50 mV/ruta.

Frekvensområde:

12 Hz...40 MHz.

Stigtid:

≤ 9 ns. Avvikelse (första 50 ns av återgivningen) ≤ 5 %,  
1 mA...20 mA. ≤ 6; 50 mA...1 A.

Frekvenskaraktistik:

≤ 3 % avvikelse under 400 us av återgiven fyrkantvåg.

Brus:

≤ 150 uA.

Max ström:

15 A topp till topp.

Max spänning:

600 V.