



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
		M3656-993249	Batteritillsats		TETRO-1106

DATA

Allmänt:

Batteritillsatsen är avsedd för oscilloskop ur Tektronixserien 455, 464, 465, 466, 475 opt 07 eller 475A.

Tillsatsen ansluts till det aktuella oscilloskopet genom snabbkopplingsförfarande.

Uteffekt:

22...26 V 1s, 140 watt-timmar.

Strömförsörjning:

90...132 V/180...264 V, 50...400 Hz.

Laddningstid:

14...16 timmar.

Vikt:

8 kg.